



INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s.
třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Czech Republic
ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ DIVIZE ZKUŠEBNICTVÍ

vystavuje

ATEST
č. 462204082-03

na vzorek

462204082/01
(Zdravotnická rouška s výměnným filtrem)

Zadavatele:

Nanuntio s.r.o.
Evropská 2758/11, 160 00, Praha 6, Czech Republic, IČO: 06894674

Vzorek vykazuje následující technické parametry:

Měřená veličina	Jednotka	Výsledek měření ¹⁾	Údaj o nejistotě měření ²⁾	Požadavek (pro typ I, II a IIR)	Vyhodnocení	Metoda zkoušení
Bakteriální filtrace vz.č.462204082/01	%	96,4	-	≥ 95 (type I)	Pass	ČSN EN 14683
Mikrobiální čistota vz.č.462204082/01	Cfu/g	28,03	-	≤ 30	Pass	ČSN EN 14683

¹⁾ Vyjádřen jako aritmetický průměr

²⁾ Vyjádřen jako výběrová směrodatná odchylka aritmetického průměru

³⁾ Požadavek pro typy I, II a IIR dle normy ČSN EN 14683

Atest byl vystaven na základě Zkušebního protokolu č.j. 462204082-01 vydaného dne 9. 11. 2020.

Datum vystavení: 09. 11. 2020
Platnost atestu do: 09. 11. 2023



Ing. Jiří Samsoněk, Ph.D.
vedoucí zkušební laboratoře

1. Atest se vztahuje pouze ke vzorku námi zkoušenému.
2. Atest zůstává v platnosti, pokud nedojde ke změnám výrobní technologie, použitých materiálů a norem nebo příslušných předpisů, avšak nejdéle do data platnosti Atestu.
3. Pokud se na výrobek vztahují další požadavky národních nebo EU legislativních předpisů, ATEST nenahrazuje postupy a dokumenty nezbytné k posouzení shody s těmito předpisy